

【別紙9 データ連携要件 (2) バイタル測定器システム】

項番	大分類	中分類	小分類	要求仕様
1-1	測定機器連携			通信機能付き測定機器との連携が行えること。
1-2	電子カルテとの連携			通信機能付き測定機器と非接触型リーダを通して数値をシステムに反映できること。
1-3	測定値入力画面			これから測定値を読み込む患者を検索できること。
1-4				患者の検索は、カナ氏名検索・バーコード読み込みによる患者ID検索が行えること。
1-5				検索した患者の「患者ID」、「氏名」、「性別」、「年齢」が表示できること。
1-6				バイタルを入力する経過表画面より、測定値入力画面が呼び出せること。
1-7				電子カルテのメニューから測定値入力画面が呼び出せること。
1-8				機器から数値を読み込める画面インターフェースが用意されていること。
1-9				読み取った数値は画面上に表示され、値を確認した上で確定が行えること。
1-10				読み取った測定時刻が反映されること。
1-11				読み取った測定時刻時刻を基に、測定した時刻に変更できること。
1-12				読み取った測定時刻時刻を基に、測定した時刻に一括変更できること。
1-13				読み取った測定結果を測定項目毎に取込み画面でクリアもしくはキャンセルができること。
1-14				読み取った測定結果を一括で取込み画面からクリアもしくはキャンセルできること。
1-15				予め設定された上下限值を超えた値が取り込まれた場合に、上限値を超えているデータを経過表上で強調表示もしくは上限値を超えた旨を通知するメッセージが表示されること。
1-16				複数の機械と連携する場合、連続して非接触型リーダを通して読み込むことで、体温・血圧・酸素飽和度・血糖値の機器を識別して値を反映できること。
2-1	測定値入力画面			機器から読み取ったバイタル測定値は、経過表において表示されること。
2-2				機器から読み取ったバイタル測定値は、経過表でグラフ表示可能なこと。